搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（1／9）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
1	令和2年6月11日	TN300Bベクレルモニター	事業所敷地集積木材	主に 佐久市、上田市	－	264	マリネリ	不検出 (<4.4)	不検出 (<1.9)	不検出 (<2.5)
2	令和2年7月3日	TN300Bベクレルモニター	試運転中の焼却灰 （令和2年7月2日分）	－		589	マリネリ	71.6±3.4 (<10.2)	71.6±3.4 (<10.2)	不検出 (<6.8)
3	令和2年7月13日	TN300Bベクレルモニター	事業所敷地集積木材	佐久市	布施団地	299	マリネリ	不検出 (<5.1)	不検出 (<2.2)	不検出 (<2.9)
4	令和2年7月13日	ゲルマニウム半導体検出器	試運転中の焼却灰 （令和2年7月2日分）	－		449	マリネリ	93.2±2.9 (<8.7)	87.5±2.1 (<6.3)	5.7±0.8 (<2.4)
5	令和2年7月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和2年7月26日分）	－		591	マリネリ	91.5±3.6 (<10.8)	91.5±3.6 (<10.8)	不検出 (<7.3)
6	令和2年8月17日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和2年8月16日分）	－		630	マリネリ	62.1±3.3 (<9.9)	62.1±3.3 (<9.9)	不検出 (<6.9)
7	令和2年9月4日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和2年9月4日分）	－		871	マリネリ	87.3±3.1 (<9.3)	87.3±3.1 (<9.3)	不検出 (<5.9)
8	令和2年10月2日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和2年9月30日分）	－		843	マリネリ	71.3±2.4 (<7.2)	71.3±2.4 (<7.2)	不検出 (<5.6)
9	令和2年11月4日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和2年10月30日分）	－		790	マリネリ	74.6±2.5 (<7.5)	74.6±2.5 (<7.5)	不検出 (<6.0)
10	令和2年12月7日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和2年12月4日分）	－		758	マリネリ	90.5±3.0 (<9.0)	90.5±3.0 (<9.0)	不検出 (<6.1)
11	令和3年1月5日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年1月2日分）	－		823	マリネリ	68.0±2.2 (<6.6)	68.0±2.2 (<6.6)	不検出 (<5.2)
12	令和3年2月8日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年2月4日分）	－		828	マリネリ	65.0±2.7 (<8.1)	65.0±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.3)
13	令和3年3月8日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年3月7日分）	－		726	マリネリ	87.3±3.2 (<9.6)	87.3±3.2 (<9.6)	不検出 (<6.4)
14	令和3年4月6日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年4月4日分）	－		825	マリネリ	56.0±2.9 (<8.7)	56.0±2.9 (<8.7)	不検出 (<5.7)
15	令和3年5月7日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年5月5日分）	－		744	マリネリ	97.0±2.8 (<8.4)	97.0±2.8 (<8.4)	不検出 (<6.3)

※測定結果は随時更新いたします。

※（）内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。

※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。

搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（2／9）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
16	令和3年6月7日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年6月6日分）	－		904	マリネリ	87.6±3.5 （<10.5）	78.9±2.3 （<6.9）	8.7±8.1 （<8.1）
17	令和3年7月19日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年7月18日分）	－		819	マリネリ	95.1±3.3 （<9.9）	95.1±3.3 （<9.9）	不検出 （<6.5）
18	令和3年8月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年8月20日分）	－		806	マリネリ	74.6±2.4 （<7.2）	74.6±2.4 （<7.2）	不検出 （<5.3）
19	令和3年9月21日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年9月20日分）	－		838	マリネリ	61.9±2.9 （<8.7）	61.9±2.9 （<8.7）	不検出 （<5.4）
20	令和3年10月25日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年10月22日分）	－		782	マリネリ	95.9±3.2 （<9.6）	95.9±3.2 （<9.6）	不検出 （<5.9）
21	令和3年11月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年11月21日分）	－		802	マリネリ	66.0±2.7 （<8.1）	66.0±2.7 （<8.1）	不検出 （<5.2）
22	令和3年12月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和3年12月19日分）	－		868	マリネリ	52.8±2.8 （<8.4）	52.8±2.8 （<8.4）	不検出 （<5.3）
23	令和4年1月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年1月21日分）	－		858	マリネリ	79.5±3.8 （<11.4）	71.2±2.7 （<8.1）	8.3±2.7 （<8.1）
24	令和4年2月21日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年2月20日分）	－		847	マリネリ	93.2±3.3 （<9.9）	85.6±2.1 （<6.3）	7.6±2.5 （<7.5）
25	令和4年3月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年3月20日分）	－		771	マリネリ	95.6±2.6 （<7.8）	95.6±2.6 （<7.8）	不検出 （<5.6）
26	令和4年4月25日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年4月22日分）	－		828	マリネリ	85.4±2.5 （<7.5）	85.4±2.5 （<7.5）	不検出 （<5.4）
27	令和4年5月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年5月20日分）	－		774	マリネリ	68.5±2.5 （<7.5）	68.5±2.5 （<7.5）	不検出 （<5.4）
28	令和4年6月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年6月19日分）	－		880	マリネリ	84.2±2.5 （<7.5）	84.2±2.5 （<7.5）	不検出 （<4.9）
29	令和4年7月25日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年7月17日分）	－		872	マリネリ	74.7±2.5 （<7.5）	74.7±2.5 （<7.5）	不検出 （<4.8）
30	令和4年8月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年8月19日分）	－		820	マリネリ	71.1±2.4 （<7.2）	71.1±2.4 （<7.2）	不検出 （<5.4）

※測定結果は随時更新いたします。

※（）内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。

※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。

搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（3／9）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
31	令和4年9月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年9月18日分）	－		784	マリネリ	76.4±2.8 （<8.4）	76.4±2.8 （<8.4）	不検出 （<5.6）
32	令和4年10月分は「発電停止中」につき焼却灰の排出なし									
33	令和4年11月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年11月21日分）	－		884	マリネリ	64.4±2.7 （<8.1）	64.4±2.7 （<8.1）	不検出 （<5.1）
34	令和4年12月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和4年12月20日分）	－		842	マリネリ	55.6±2.6 （<7.8）	55.6±2.6 （<7.8）	不検出 （<5.1）
35	令和5年1月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年1月20日分）	－		901	マリネリ	73.4±2.4 （<7.2）	73.4±2.4 （<7.2）	不検出 （<4.5）
36	令和5年2月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年2月18日分）	－		696	マリネリ	61.2±3.3 （<9.9）	61.2±3.3 （<9.9）	不検出 （<6.2）
37	令和5年3月29日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年3月20日分）	－		855	マリネリ	88.5±2.8 （<8.4）	88.5±2.8 （<8.4）	不検出 （<5.1）
38	令和5年4月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年4月21日分）	－		878	マリネリ	80.6±2.7 （<8.1）	80.6±2.7 （<8.1）	不検出 （<5.1）
39	令和5年5月29日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年5月22日分）	－		958	マリネリ	67.4±2.5 （<7.5）	67.4±2.5 （<7.5）	不検出 （<4.7）
40	令和5年6月29日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年6月20日分）	－		748	マリネリ	132.8±2.8 （<8.4）	132.8±2.8 （<8.4）	不検出 （<6.2）
41	令和5年7月3日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年6月29日分）	－		978	マリネリ	75.1±2.7 （<8.1）	75.1±2.7 （<8.1）	不検出 （<5.2）
42	令和5年7月17日から8月2日まで施設点検により稼働していなかったため、7月排出分は測定なし									
43	令和5年8月8日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年8月3日分）	－		778	マリネリ	60.8±2.8 （<8.4）	60.8±2.8 （<8.4）	不検出 （<5.7）
44	令和5年8月8日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年8月7日分）	－		874	マリネリ	123.7±2.3 （<6.9）	123.7±2.3 （<6.9）	不検出 （<5.0）
45	令和5年8月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年8月16日分）	－		1025	マリネリ	112.1±2.0 （<6.0）	112.1±2.0 （<6.0）	不検出 （<4.5）

※測定結果は随時更新いたします。

※（）内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。

※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。

※放射能濃度の変動傾向を注視するため、令和5年8月から2検体を測定します。

搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（4／9）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
46	令和5年8月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年8月18日分）	－		807	マリネリ	94.5±3.0 (<9.0)	94.5±3.0 (<9.0)	不検出 (<5.6)
47	令和5年9月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年9月21日分）	－		789	マリネリ	63.4±2.7 (<8.1)	63.4±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.5)
48	令和5年9月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年9月25日分）	－		790	マリネリ	224.8±2.7 (<8.1)	224.8±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.9)
49	令和5年10月10日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年10月6日分）	－		774	マリネリ	391.3±3.1 (<9.3)	391.3±3.1 (<9.3)	不検出 (<6.2)
50	令和5年10月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年10月20日分）	－		904	マリネリ	350.4±2.7 (<8.1)	350.4±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.5)
51	令和5年11月20日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年11月16日分）	－		639	マリネリ	295.0±3.4 (<10.2)	295.0±3.4 (<10.2)	不検出 (<7.5)
52	令和5年11月20日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年11月17日分）	－		766	マリネリ	247.7±3.4 (<10.2)	247.7±3.4 (<10.2)	不検出 (<6.4)
53	令和5年12月22日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年12月11日分）	－		725	マリネリ	535.9±4.5 (<13.5)	519.7±3.2 (<9.6)	16.1±3.2 (<9.6)
54	令和5年12月22日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和5年12月19日分）	－		985	マリネリ	467.3±3.4 (<10.2)	457.9±2.4 (<7.2)	9.4±2.4 (<7.2)
55	令和6年1月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年1月8日分）	－		750	マリネリ	810.1±5.0 (<15.0)	797.6±3.5 (<10.5)	12.5±3.6 (<10.8)
56	令和6年1月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年1月14日分）	－		865	マリネリ	590.2±4.3 (<12.9)	579.1±2.9 (<8.7)	11.1±3.1 (<9.3)
57	令和6年2月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年2月15日分）	－		732	マリネリ	255.5±3.4 (<10.2)	255.5±3.4 (<10.2)	不検出 (<6.7)
58	令和6年2月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年2月20日分）	－		1027	マリネリ	157.7±2.7 (<8.1)	157.7±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.2)
59	令和6年3月22日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年3月7日分）	－		798	マリネリ	292.7±4.4 (13.2)	281.8±2.9 (<8.7)	10.9±3.3 (<9.9)
60	令和6年3月22日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年3月14日分）	－		1094	マリネリ	166.0±2.2 (<6.6)	166.0±2.2 (<6.6)	不検出 (<4.8)

※測定結果は随時更新いたします。

※（）内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。

※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。

※放射能濃度の変動傾向を注視するため、令和5年8月から2検体を測定します。

搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（５／９）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
61	令和6年4月25日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年4月1日分）	－		829	マリネリ	186.4±3.4 (<10.2)	186.4±3.4 (<10.2)	不検出 (<6.7)
62	令和6年4月25日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年4月8日分）	－		981	マリネリ	121.6±2.9 (<8.7)	121.6±2.9 (<8.7)	不検出 (<5.6)
63	令和6年5月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年5月9日分）	－		638	マリネリ	409.2±3.9 (<11.7)	409.2±3.9 (<11.7)	不検出 (<8.7)
64	令和6年5月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年5月16日分）	－		613	マリネリ	349.4±3.8 (<11.4)	349.4±3.8 (<11.4)	不検出 (<8.2)
65	令和6年6月27日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年6月1日分）	－		688	マリネリ	562.4±3.6 (<10.8)	562.4±3.6 (<10.8)	不検出 (<7.8)
66	令和6年6月27日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年6月10日分）	－		897	マリネリ	372.6±2.7 (<8.1)	372.6±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.8)
67	令和6年7月29日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年7月2日分）	－		886	マリネリ	472.8±2.7 (<8.1)	472.8±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.7)
68	令和6年7月29日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年7月5日分）	－		869	マリネリ	401.3±3.1 (<9.3)	401.3±3.1 (<9.3)	不検出 (<5.7)
69	令和6年8月29日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年8月9日分）	－		749	マリネリ	522.3±3.2 (<9.6)	522.3±3.2 (<9.6)	不検出 (<6.8)
70	令和6年8月29日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年8月19日分）	－		1144	マリネリ	196.7±2.0 (<6.0)	196.7±2.0 (<6.0)	不検出 (<4.2)
71	令和6年9月25日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年9月4日分）	－		914	マリネリ	328.4±2.5 (<7.5)	328.4±2.5 (<7.5)	不検出 (<5.3)
72	令和6年9月25日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年9月9日分）	－		1024	マリネリ	232.9±2.1 (<6.3)	232.9±2.1 (<6.3)	不検出 (<4.6)
73	令和6年10月22日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年10月1日分）	－		735	マリネリ	228.3±3.0 (<9.0)	228.3±3.0 (<9.0)	不検出 (<6.5)
74	令和6年10月22日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年10月7日分）	－		1003	マリネリ	176.4±2.6 (<7.8)	176.4±2.6 (<7.8)	不検出 (<4.8)
75	令和6年11月18日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年11月8日分）	－		968	マリネリ	161.9±2.6 (<7.8)	161.9±2.6 (<7.8)	不検出 (<5.0)

※測定結果は随時更新いたします。

※（）内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。

※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。

※放射能濃度の変動傾向を注視するため、令和5年8月から2検体を測定します。

搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（6／9）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
76	令和6年11月18日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年11月13日分）	－		1193	マリネリ	132.4±1.8 (<5.4)	132.4±1.8 (<5.4)	不検出 (<4.0)
77	令和6年12月19日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年12月2日分）	－		868	マリネリ	137.4±2.5 (<7.5)	137.4±2.5 (<7.5)	不検出 (<5.3)
78	令和6年12月19日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和6年12月16日分）	－		836	マリネリ	118.1±2.9 (<8.7)	118.1±2.9 (<8.7)	不検出 (<5.7)
79	令和7年1月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年1月2日分）	－		675	マリネリ	124.3±3.6 (<10.8)	124.3±3.6 (<10.8)	不検出 (<7.0)
80	令和7年1月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年1月16日分）	－		1020	マリネリ	158.1±2.4 (<7.2)	158.1±2.4 (<7.2)	不検出 (<5.1)
81	令和7年2月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年2月3日分）	－		598	マリネリ	171.6±4.0 (<12.0)	171.6±4.0 (<12.0)	不検出 (<7.9)
82	令和7年2月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年2月18日分）	－		1017	マリネリ	148.7±2.7 (<8.1)	148.7±2.7 (<8.1)	不検出 (<4.8)
83	令和7年3月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年3月3日分）	－		995	マリネリ	252.5±2.3 (<6.9)	252.5±2.3 (<6.9)	不検出 (<5.0)
84	令和7年3月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年3月17日分）	－		992	マリネリ	138.8±2.7 (<8.1)	138.8±2.7 (<8.1)	不検出 (<4.9)
85	令和7年4月7日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年4月4日分）	－		673	マリネリ	204.9±3.7 (<11.1)	204.9±3.7 (<11.1)	不検出 (<7.3)
86	令和7年4月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年4月23日分）	－		773	マリネリ	168.4±3.4 (<10.2)	168.4±3.4 (<10.2)	不検出 (<6.2)
87	令和7年5月8日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年5月7日分）	－		675	マリネリ	201.6±3.7 (<11.1)	201.6±3.7 (<11.1)	不検出 (<7.4)
88	令和7年5月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年5月19日分）	－		845	マリネリ	198.7±3.1 (<9.3)	198.7±3.1 (<9.3)	不検出 (<6.1)
89	令和7年6月5日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年6月2日分）	－		814	マリネリ	149.9±3.1 (<9.3)	149.9±3.1 (<9.3)	不検出 (<6.3)
90	令和7年6月24日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年6月16日分）	－		832	マリネリ	122.4±3.2 (<9.6)	122.4±3.2 (<9.6)	不検出 (<6.7)

※測定結果は随時更新いたします。

※（）内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。

※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。

※放射能濃度の変動傾向を注視するため、令和5年8月から2検体を測定します。

搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（7／9）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
91	令和7年7月9日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年7月1日分）	－		688	マリネリ	141.4±3.6 (<10.8)	141.4±3.6 (<10.8)	不検出 (<7.5)
92	令和7年7月9日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年7月4日分）	－		746	マリネリ	141.4±3.4 (<10.2)	141.4±3.4 (<10.2)	不検出 (<6.7)
93	令和7年8月13日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年8月5日分）	－		834	マリネリ	121.7±2.9 (<8.7)	121.7±2.9 (<8.7)	不検出 (<5.7)
94	令和7年8月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年8月18日分）	－		850	マリネリ	115.1±2.1 (<6.0)	115.1±2.1 (<6.0)	不検出 (<4.5)
95	令和7年9月9日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年9月7日分）	－		805	マリネリ	101.1±2.9 (<8.7)	101.1±2.9 (<8.7)	不検出 (<5.6)
96	令和7年9月30日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年9月19日分）	－		874	マリネリ	88.4±2.7 (<8.4)	88.4±2.7 (<8.4)	不検出 (<5.4)
97	令和7年10月8日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年10月6日分）	－		939	マリネリ	59.4±2.7 (<8.1)	59.4±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.1)
98	令和7年10月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年10月24日分）	－		648	マリネリ	147.5±3.7 (<11.1)	147.5±3.7 (<11.1)	不検出 (<7.1)
99	令和7年11月11日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年11月4日分）	－		824	マリネリ	105.8±2.4 (<7.2)	105.8±2.4 (<7.2)	不検出 (<5.4)
100	令和7年11月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年11月21日分）	－		488	マリネリ	122.7±4.5 (<13.5)	122.7±4.5 (<13.5)	不検出 (<9.0)
101	令和7年12月10日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年12月5日分）	－		823	マリネリ	65.0±2.6 (<7.8)	65.0±2.6 (<7.8)	不検出 (<5.8)
102	令和7年12月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和7年12月12日分）	－		1056	マリネリ	35.4±2.5 (<7.5)	35.4±2.5 (<7.5)	不検出 (<4.6)
103	令和8年1月8日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年1月1日分）	－		926	マリネリ	40.3±2.8 (<8.4)	40.3±2.8 (<8.4)	不検出 (<5.2)
104	令和8年1月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年1月19日分）	－		601	マリネリ	120.8±4.2 (<12.6)	120.8±4.2 (<12.6)	不検出 (<7.9)
105	令和8年2月16日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年2月6日分）	－		810	マリネリ	73.5±2.7 (<8.1)	73.5±2.7 (<8.1)	不検出 (<5.9)

※測定結果は随時更新いたします。
※()内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。
※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。
※放射能濃度の変動傾向を注視するため、令和5年8月から2検体を測定します。

搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（8／9）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
106	令和8年2月26日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年2月22日分）	－		870	マリネリ	71.3±3.0 (<9.0)	71.3±3.0 (<9.0)	不検出 (<5.6)
107	令和8年3月16日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年3月8日分）	－		742	マリネリ	94.5±3.4 (<10.2)	94.5±3.4 (<10.2)	不検出 (<6.5)
108	令和8年3月23日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年3月19日分）	－		717	マリネリ	92.7±3.3 (<9.9)	92.7±3.3 (<9.9)	不検出 (<6.7)
109	令和8年4月14日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年4月10日分）	－		537	マリネリ	95.0±4.3 (<12.9)	95.0±4.3 (<12.9)	不検出 (<8.6)
110	令和8年4月30日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年4月22日分）	－		684	マリネリ	84.1±3.5 (<10.5)	84.1±3.5 (<10.5)	不検出 (<6.7)
111	令和8年5月20日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年5月12日分）	－		588	マリネリ	79.4±3.9 (<11.7)	79.4±3.9 (<11.7)	不検出 (<7.8)
112	令和8年5月27日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年5月25日分）	－		712	マリネリ	94.7±3.1 (<9.3)	94.7±3.1 (<9.3)	不検出 (<6.4)
113	令和8年6月15日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年6月12日分）	－		525	マリネリ	116.4±4.0 (<12.0)	116.4±4.0 (<12.0)	不検出 (<8.1)
114	令和8年6月29日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年6月24日分）	－		574	マリネリ	112.4±3.7 (<11.1)	112.4±3.7 (<11.1)	不検出 (<7.3)
115	令和8年7月15日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年7月13日分）	－		643	マリネリ	118.2±3.6 (<10.8)	118.2±3.6 (<10.8)	不検出 (<7.3)
116	令和8年7月30日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年7月23日分）	－		1062	マリネリ	40.2±2.4 (<7.2)	40.2±2.4 (<7.2)	不検出 (<4.4)
117	令和8年8月18日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年8月17日分）	－		485	マリネリ	140.4±4.1 (<12.3)	140.4±4.1 (<12.3)	不検出 (<8.1)
118	令和8年8月28日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年8月27日分）	－		511	マリネリ	128.2±3.9 (<11.7)	128.2±3.9 (<11.7)	不検出 (<8.0)
119	令和8年9月16日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年9月15日分）	－		585	マリネリ	80.0±3.2 (<9.6)	80.0±3.2 (<9.6)	不検出 (<6.5)
120	令和8年9月30日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年9月30日分）	－		575	マリネリ	101.7±3.5 (<10.5)	101.7±3.5 (<10.5)	不検出 (<7.1)

※測定結果は随時更新いたします。
※（）内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。
※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。
※放射能濃度の変動傾向を注視するため、令和5年8月から2検体を測定します。

搬入木材及び焼却灰の放射能濃度測定結果

（単位：Bq/kg）（9／9）

No.	測定日	測定器	測定検体名	産地市町村名	団地名	検体 正味量(g)	容器名	セシウム合算	セシウム137	セシウム134
121	令和8年10月21日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年10月13日分）	－		629	マリネリ	96.3±3.3 （<9.9）	96.3±3.3 （<9.9）	不検出 （<6.1）
122	令和8年10月30日	TN300Bベクレルモニター	商業運転中の焼却灰 （令和8年10月27日分）	－		442	マリネリ	133.7±4.5 （<13.5）	133.7±4.5 （<13.5）	不検出 （<8.8）
123				－						
124				－						
125				－						
126				－						
127				－						
128				－						
129				－						
130				－						
131				－						
132				－						
133				－						
134				－						
135				－						

※測定結果は随時更新いたします。
※（）内は検出下限値で、『±』以下は、測定値誤差の範囲です。
※焼却灰の採取方法は、放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月 第2版）に準拠しています。
※放射能濃度の変動傾向を注視するため、令和5年8月から2検体を測定します。

更新日：令和8年10月30日